

Thái Bình, ngày 29 tháng 11 năm 2023

**YÊU CẦU BÁO GIÁ
(Lần 3)**

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn và phát triển kỹ thuật mới cho khoa Nội thận cơ xương khớp, Răng hàm mặt, Tai mũi họng và Ngoại tiết niệu, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Tổng Quang Đạt - Phòng TCKT- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình; Điện thoại: 0979.497.978; Địa chỉ: Số 530 Lý Bôn, Phường Quang Trung, TP.Thái Bình, Tỉnh Thái Bình. email: tcktbvdk@gmail.com
- Các thức tiếp nhận báo giá:
 - Bản giấy: gửi về Tổng Quang Đạt - Phòng Tài chính kế toán
 - File mềm: gửi vào email: tcktbvdk@gmail.com.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 30 tháng 11 năm 2023 đến trước 17h ngày 11 tháng 12 năm 2023
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 11 tháng 12 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục thiết bị y tế.

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Hệ thống nội soi tai mũi họng	Chi tiết theo phụ lục đính kèm	01	Hệ thống
2	Máy điều trị nội nha và định vị chóp		01	Máy

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình (Số 530, Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không

- Dự kiến Thanh toán: Trong vòng 90 ngày từ ngày bàn giao nghiệm thu.

5. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi báo giá *theo mẫu đính kèm*.


- Báo giá cần ghi rõ số điện thoại liên hệ khi cần thiết.

- Gửi kèm ủy quyền của hãng sản xuất hoặc đơn vị cung cấp tại Việt Nam (nếu có).

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình kính mời đại diện các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam tham gia báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên./

Nơi nhận

- Như kính gửi
- Lưu:VT; VTTBYT.



GIÁM ĐỐC

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
TS. B.SCKII. *Lại Đức Trí*





PHỤ LỤC CẤU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT

(Đính kèm thư mời chào giá số 1933/TMCG-BV ngày 29/11/2023)

1. Hệ thống nội soi tai mũi họng

1.1. Thông tin chung

- Máy mới 100%
- Năm sản xuất: 2022 trở về sau
- Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện áp: 220V/50Hz ($\pm 10\%$)
 - Môi trường hoạt động:
 - + Nhiệt độ từ 15 – 35 độ C
 - + Độ ẩm $\leq 80\%$

1.2. Cấu hình

- Xử lý ảnh: 01 chiếc
- Nguồn sáng : 01 chiếc
- CCD Camera : 01 chiếc
- Dây dẫn sáng : 01 chiếc
- Đầu nối với ống soi : 01 Chiếc
- Ống nội soi 0⁰ : 01 chiếc
- Ống nội soi 70⁰ : 01 chiếc
- Màn hình : 01 chiếc
- Xe đẩy chuyên dụng: 01 chiếc

1.3. Thông số, tính năng kỹ thuật

- Nguồn điện: 200 – 240v , 50 -60 Hz
- Công suất tiêu thụ: $\geq 100W$
- Màn hình HD LCD: ≥ 19 inch
- Hệ NTSC /PAL
- Camera: $\geq 1080P$ Full HD
- Có chế độ tự động cân bằng sáng
- Độ phân giải: $\geq 12.000.000$ Pixel
- Tín hiệu kỹ thuật số
- Tín hiệu ra : composite
- Có nút bấm chụp ảnh ngay trên camera
- Các chế độ lưu ảnh : 1 ảnh Công suất bóng đèn : 100 W
- Có 01 cổng ra nguồn sáng

Ống nội soi

- Đường kính: $\geq 4mm$



- Dài: $\geq 175\text{mm}$

- Góc soi : 0°

Ống nội soi

- Đường kính: $\geq 4\text{mm}$

- Dài: $\geq 175\text{mm}$

- Góc soi : 70°

Xe đẩy chuyên dụng : Xe đẩy di động gọn nhẹ, giúp di chuyển dễ dàng, phù hợp với mọi vị trí trong bệnh viện và phòng khám

2. Máy điều trị nội nha và định vị chóp

2.1 Thông tin chung

- Máy mới 100%

- Năm sản xuất: 2022 trở về sau

- Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương

- Điện áp: 220V/50Hz ($\pm 10\%$)

- Môi trường hoạt động:

+ Nhiệt độ từ 15 – 35 độ C

+ Độ ẩm $\leq 80\%$

2.2. Cấu hình

- 01 Máy chính

- 01 Bộ nguồn

- 01 Dây đo

- 01 Đầu tay khoan

- 02 Kẹp trâm

- 02 Móc môi

- 01 Đế sạc

- 01 Chụp cách điện

- 01 Pin

- 01 Dây nối

- 01 Đầu tra dầu

- 01 Hướng dẫn sử dụng

2.3. Thông số, tính năng kỹ thuật

- Kích thước: 21.5cm x 17.5cm x 9cm $\pm 1\text{cm}$

- Trọng lượng: 1kg $\pm 10\%$

- Nguồn điện: Pin lithium: 3.7V, $\geq 1500\text{mAh}$, $\pm 10\%$

- Nguồn cấp sạc: AC 100-240V, $\pm 10\%$

- Tần số: 50/60Hz
- Tốc độ quay: 120-1000 rpm
- Lực torque: 0.5Ncm - 4Ncm
- Dùng motor chổi than
- Kích thước đầu thiết bị: 8
- Có kiểm soát lực torque tương thích
- Điều chỉnh góc cho chế độ xoay tới lui: $30 - 370^{\circ}$
- Tích hợp hầu hết các hệ thống trạm thông dụng
- Tự động khởi động và dừng lại: bắt đầu di chuyển khi trạm được đưa vào ống tủy, dừng lại khi lấy trạm ra.
- Xoay ngược khi đến chóp: khi đi tới vị trí chóp đã được cài đặt, có thể thấy trạm bắt đầu xoay ngược trở lại.
- Xoay chậm ở vùng chóp: bảo tồn liên kết ngà – cement, tránh gãy trạm, tốc độ của motor chậm lại khi trạm đi đến vùng chóp.
- Chế độ chỉnh lực Torque: giúp sử dụng lực chính xác.
- Màn hình OLED, giao diện kỹ thuật số.
- Chế độ cả hai tay: có thể xoay theo chiều tay trái hoặc phải.
- Kiểm soát vùng chóp cùng với trạm xoay: vị trí của trạm hiển thị trên màn hình, quay ngược khi hết chiều dài làm việc đã được cài đặt, giúp tránh đi quá chóp.
- Đo chiều dài ống tủy: sử dụng kẹp trạm đo chiều dài ống tủy chính xác với trạm tay.
- Công nghệ đa tần số: độ chính xác cao.
- Thanh hiển thị vị trí định vị chóp: có thể phóng to thu nhỏ.
- ≥ 4 chế độ làm việc gồm: Xoay liên tục theo chiều kim đồng hồ, xoay liên tục ngược chiều kim đồng hồ, xoay qua lại, chế độ kiểm soát lực torque





Mẫu báo giá

Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Tỉnh Thái Bình

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa Tỉnh Thái Bình, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Sản xuất ⁽⁶⁾	Số lượng/Khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)
1	Thiết bị A									
2	Thiết bị B									
n									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:....., kể từ ngày....tháng....năm.....[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngàytháng....năm...[ghi ngày....tháng...năm...kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá].



3. Chúng tôi cam kết

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực

....., ngày.....tháng.....năm.....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp⁽¹²⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.



(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chi tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

