

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá: Mua sắm ắc quy thay thế cho các máy gây mê kèm thở của khoa Gây mê Hồi sức, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Văn Hiền - Phòng VTTBYT- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình; Điện thoại: 0977.983.964; Địa chỉ: Số 530 Lý Bôn, Phường Quang Trung, TP.Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.
- Các thức tiếp nhận báo giá:
 - Bản giấy: Gửi về Nguyễn Văn Hiền - Phòng Vật tư – Thiết bị y tế
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 13 tháng 12 năm 2024 đến trước 17h ngày 23 tháng 12 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục thiết bị.

STT	Tên thiết bị hỏng hóc	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy gây mê kèm thở Model: Aspire 7100 Hãng sx: Datex Ohmeda Nước sx: Mỹ	Ắc quy Thông số kỹ thuật: + Ắc quy loại: 6V 4.5Ah (20HR) + Kích thước (Dài x rộng x cao): 7 x 4.5 x 10 cm. + Sử dụng phù hợp cho máy gây mê Aspire 7100 hãng Datex Ohmeda	Cái	4
2	Máy gây mê kèm thở Model: Aspire 7900 Hãng sx: Datex Ohmeda Nước sx: Mỹ	Ắc quy Thông số kỹ thuật: + Ắc quy loại: 12V/2.0/2.5Ah/20HR	Cái	2



STT	Tên thiết bị hỏng hóc	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
		+ Kích thước (Dài x rộng x cao): 17.5 x 3 x 5.8 cm. + Sử dụng phù hợp cho máy gây mê Aspire 7900 hãng Datex Ohmeda		
3	Máy gây mê kèm thở Model: Carestation 620 Hãng sx: GE Nước sx: Mỹ	Ắc quy Thông số kỹ thuật: + Ắc quy loại: 12V, 5.0Ah + Kích thước (Dài x rộng x cao): 8.9 x 6.9 x 10 cm. + Sử dụng phù hợp cho máy gây mê Carestation 620 hãng GE	Cái	3

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình (Số 530, Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

3. Thời gian cung cấp (dự kiến): 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không
- Dự kiến Thanh toán: Trong vòng 60 ngày từ ngày bàn giao nghiệm thu.

5. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi báo giá:

- Báo giá ghi rõ số điện thoại liên hệ khi cần thiết.
- Ghi rõ chi tiết thông số kỹ thuật, nguồn gốc xuất xứ của ắc quy thay thế.
- Gửi kèm ủy quyền của hãng sản xuất hoặc đơn vị cung cấp tại Việt Nam (nếu có).

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình kính mời đại diện các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam tham gia báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên./.

Nơi nhận

- Như kính gửi
- Lưu: VT; VTTBYT.



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
TS. BSKKII. Lại Đức Trí